

ふるい振とう機 出荷検査 成績書

検査日 : YYYY/MM/DD

型式 : VSS-200S/-P200S/-300S/-P300S

製造番号 : XXXX

検査担当者 : 担当者氏名

検査電源 : 100V、50/60Hz

項目	内容	判定基準	良否
外観	外観の目視検査	キズ、汚れのなきこと	
動作確認	電源スイッチ(橙)動作確認	投入後、LED点灯すること	
	スタートスイッチ(緑)動作確認	投入後、振動開始すること	
	ストップスイッチ(赤)動作確認	振動停止すること	
	ボリューム動作確認	0 : 加速度 45~75 m/s <sup>2</sup> 振動数 1900~2300 RPM 振幅 3.0±0.6 mm 10 : 加速度 120~180 m/s <sup>2</sup> 振動数 3200~3600 RPM 振幅 3.0±0.6 mm	
	デジタルタイマー動作確認	5分にセットし、自動停止すること (±2秒)	
付属品検査	締付蓋	1枚	
	締付ロッド(長3、短3)	6本	
	貫通ノブ	3個	
	テフロンワッシャ	3個	
	平ワッシャ、スプリングワッシャ	各3個	
	取扱説明書	1部	
	電源コード	1本	

検査装置など:

品名	型番	能力	メーカー名	製造番号	校正日
振動計	AAA-000	0.15m/s <sup>2</sup>	AAA	A-XXXXXX	YYYY/MM/DD
オシロスコープ	BBB-000	200MHz	BBB	B-XXXXXX	YYY/MM/DD
ストップウォッチ	CCC-0000	0.001秒	CCC	C-XXXXXX	YYY/MM/DD

注) 校正期限は、5年とする。(社内規格)