

JIS Z 2502 校正証明書

株式会社〇〇〇〇 殿

下記製品は校正作業の結果、測定値が示すとおり
当社仕様を満たしていることを証明します。

校正年月日	YYYY年MM月DD日	気温	20	°C
測定者	(弊社 担当者名)	湿度	50	%
製品名	粉末流動度計			
仕様	オリフィス径 2.50mm			
製造番号	No.XXXX			

使用試料	チャイニーズエメリー	50.0g 105°C,60min乾燥
使用機器	レーザー式時間計測器 (当社製)	精度0.01秒
	表面あらさ計	精度 Ra 0.001 μ m
	投影機、デジタルノギス	精度0.01mm

測定結果	オリフィス径(mm) 当社規格 規格2.5~2.9mm		合格 /不合格
	表面あらさ Ra 0.4 μ m以下		合格 /不合格
	流動度 (時間 秒) JIS規格 40.0 \pm 0.5秒 当社規格 40 \pm 2 秒	1 2 3 4 5 平均	

補正係数	40/平均値	
------	--------	--

筒井理化学器械株式会社
〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31
TEL 03-3845-2011 FAX 03 3842-5852