

SAMPLE

電磁式ふるい振とう機 出荷検査成績書

検査日 : YYYY/MM/DD
型式 : M-3T/M-100T
製造番号 : XXXX
検査担当者 : 担当者氏名
検査電源 : 100V・50/60Hz

項目	内容	判定基準	良否
外観	外観の目視検査	キズ、汚れのなきこと	
動作確認	電源スイッチ	正常に動作すること	
	開始スイッチ	正常に動作すること	
	停止スイッチ	正常に動作すること	
	振動調整	下記の加速度であること 目盛 0 : 20~40 m/s ² 目盛 10 : 300~600 m/s ²	
	デジタルタイマー	10分にセットし 10分±2秒後に停止すること	
付属品検査	フック付蓋	1枚	
	固定スプリング 3種類	9本	
	取扱説明書	1部	
	電源コード	1本	

検査装置 :

品名	型番	能力	製造者	機器番号	校正年月日
振動計	AAA-000	感度 0.15m/s ²	AAA	A-XXXXXX	YYYY/MM/DD
ストップウォッチ	BBB-000	0.01 秒	BBB	B-XXXXXX	YYYY/MM/DD

注) 校正期限は、5年とする。(社内規格)

SAMPLE