

SAMPLE

ふるい振とう機 出荷検査成績書

検査日 : YYYY/MM/DD
型式 : VSS-200S/P200S/300S/P300S
製造番号 : XXXX
検査担当者 : 担当者氏名
検査電源 : 100V・50/60Hz

項目	内容	判定基準	良否
外観	外観の目視検査	キズ、汚れのなきこと	
動作確認	電源スイッチ (橙)	LED 点灯すること	
	スタートスイッチ (緑)	振動が開始すること	
	ストップスイッチ (赤)	振動停止すること	
	ボリューム動作	各目盛で下記の範囲であること	
	目盛 0	加速度 : 20~40 m/s ² 振動数 : 1,900~2,300 rpm 振幅 : 3.0±0.6 mm	
	目盛 10	加速度 : 120~180 m/s ² 振動数 : 3,200~3,600 rpm 振幅 : 3.0±0.6 mm	
	デジタルタイマー	5分にセットし、自動停止すること (±2秒)	
付属品検査	締付蓋	1枚	
	締付ロッド (長3・短3)	6本	
	貫通ノブ	3個	
	テフロンワッシャ	3個	
	平/スプリング ワッシャ	各3個	
	取扱説明書	1部	
	電源コード	1本	

検査装置 :

品名	型番	能力	製造者	機器番号	校正年月日
振動計	AAA-000	感度 0.15m/s ²	AAA	A-XXXXXX	YYYY/MM/DD
ストップウォッチ	BBB-000	0.01 秒	BBB	B-XXXXXX	YYYY/MM/DD
オシロスコープ	CCC-000	200 MHz	CCC	C-XXXXXX	YYYY/MM/DD

注) 校正期限は、5年とする。(社内規格)