

SAMPLE

校正証明書

〇〇〇〇株式会社 殿

下記製品は弊社、社内検定の結果、規定の検査規格に合格したことを証明致します。

品名	カサ比重測定器 JIS X-0000 測定カップ SUS製 VVV ml		
水温	実測値 ^{※1} : 例) 20.0 [°C]		
水の密度 ①	理論値 : 例) 0.99820 [g/cm ³]		
水の質量 ②	実測値 ^{※2} : 例) 99.87 [g] (カップ内)		
カップ容積 ③	計算値 : 例) 100.05 [ml]		
校正年月日	YYYY年 MM月 DD日		
試験の条件	例) 気温 20.0 [°C] 湿度 50 [%] 天気 くもり		
有効期限	YYYY年 MM月 DD日 (校正年月日の1年後)		
製造番号	No. XXXX		
測定者	(弊社 担当者名)		
判定	判定値 ③ 100.05 [ml]	当社規格 100.0 [ml] ±0.5 [ml]	合格
備考 <使用機器> ※1 デジタル温度計 株式会社佐藤計量器製作所 防水デジタル温度計 本体型式 SK-1260 製造番号 6016507 センサー型式 SK-S100K 製造番号 607246 ※2 電子天秤 ザルトリウス・メカトロニクス・ジャパン株式会社 電子式非自動はかり BCE2202I-1SJP 製造番号 38707467 使用機器の校正有効期限は5年とする。(社内規格)			

筒井理化学器械株式会社

東京都台東区根岸 1-1-31

TEL03-3845-2011 FAX03-3842-5852

SAMPLE