

SAMPLE

## 校正証明書

弊社の定める点検・校正試験の結果、規定の仕様を満たしていることを証明致します。

依頼者	〇〇〇株式会社 殿			
品名	電磁式ふるい振とう機	型式	M-3T/M-100T (旧 M-2/M-2T/M-3)	
製造番号	XXXX			
年月日	YYYY年MM月DD日			
使用機器	品名 型式	製造者	機器番号	有効期間
	汎用振動計	A社	A-XXXX	YYYY/MM
	圧電式ピックアップ	B社	B-XXXX	YYYY/MM
	使用機器の校正有効期間は5年とする。(自社規定)			
試験条件	気温 20 °C 湿度 50 % 電源 100 V 50・60 Hz			
校正項目	ふるいを載せない無負荷状態で各目盛の振動強度を測定する。 (センサーは受台・設置場所は定盤)			
試験結果	目盛	振動加速度 (m/s <sup>2</sup> )	目盛	振動加速度 (m/s <sup>2</sup> )
	0		6	
	1		7	
	2		8	
	3		9	
	4		10	
	5			
校正値	目盛	判定値 (m/s <sup>2</sup> )	当社規格 (m/s <sup>2</sup> )	判定
	0	(G)	20 ~ 40	合格
	10	(G)	300 ~ 600	合格
備考				

筒井理化学器械株式会社  
〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31  
TEL 03-3845-2011 FAX03-3842-5852

測定者 担当者氏名

SAMPLE