

校正証明書

弊社の定める点検・校正試験の結果、測定値の示す仕様であることを証明致します。

依頼者	〇〇〇〇株式会社 □□工場 殿			
品名	ふるい振とう機	型式	VSS-200S/-P200S/-300S/-P300S	
製造番号	XXXX			
年月日	YYYY年MM月DD日			
使用機器	品名 型式	製造者	機器番号	有効期間
	汎用振動計	A社	A-XXXX	YYYY/MM
	圧電式ピックアップ	B社	B-XXXX	YYYY/MM
	使用機器の校正有効期間は5年間とする。(自社規定)			
試験条件	気温 20 °C 湿度 50 % 電源 100 V			
校正項目	振動強度 ふるいを載せない状態にて、目盛0~10の振動加速度を測定する。(センサーはふるい受台前面部/実験台上にて測定)			
試験結果	目盛	振動加速度 (m/s ²)	目盛	振動加速度 (m/s ²)
	0		6	
	1		7	
	2		8	
	3		9	
	4		10	
	5			
校正値	目盛	測定値	当社規格	判定
	0	(m/s ²)	45-75 m/s ²	
	10	(m/s ²)	120-180 m/s ²	
備考				

筒井理化学器械株式会社
〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31
TEL 03-3845-2011 FAX03-3842-5852

測定者 担当者氏名